

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  
ЭКОНОМИКА ЖАНА  
КОММЕРЦИЯ  
МИНИСТРЛИГИНЕ КАРАШТУУ  
СТАНДАРТТАШТЫРУУ ЖАНА  
МЕТРОЛОГИЯ БОЮНЧА  
БОРБОРУ



КЫРГЫЗСТАНДАРТ

ЦЕНТР ПО  
СТАНДАРТИЗАЦИИ  
И МЕТРОЛОГИИ  
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ  
ЭКОНОМИКИ И  
КОММЕРЦИИ КЫРГЫЗСКОЙ  
РЕСПУБЛИКИ

CENTER FOR STANDARDIZATION AND METROLOGY UNDER THE MINISTRY  
OF ECONOMY AND COMMERCE OF THE KYRGYZ REPUBLIC

720040, Кыргыз Республикасы  
Бишкек шаары, Панфилов көчөсү, 197  
Тел.: (312) 62-37-90;  
www.nism.gov.kg  
e-mail: nism@nism.gov.kg  
ИСН 01804199410069  
э/с 4402011102004927  
э/с 4402011101091006  
БИК 440201. ИУРК 02568802

720040, Kyrgyz Republic,  
с. Bishkek, st. Panfilov, 197  
Tel.: (312) 62-37-90;  
www.nism.gov.kg  
e-mail: nism@nism.gov.kg  
TIN 01804199410069  
s/a 4402011102004927  
s/a 4402011101091006  
BIC 440201, RNNBO 02568802

720040. Кыргызская Республика,  
г. Бишкек, ул. Панфилова, 197  
Тел.: (312) 62-37-90;  
www.nism.gov.kg  
e-mail: nism@nism.gov.kg  
ИНН01804199410069  
р/с 4402011102004927  
р/с 4402011101091006  
БИК440201, ОКПО 02568802

13.05.2023 № 06-1/593

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Ответственному секретарю МГС,  
Директору Бюро по стандартам МГС  
В.Н. Черняку

По объединенному перечню  
средств измерений

Центр по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики и  
коммерции Кыргызской Республики (далее – Кыргызстандарт), рассмотрев  
объединенный перечень измерений (средств измерений), рекомендованных для  
государственного регулирования в сфере здравоохранения в государствах-  
участниках Соглашения, предлагает следующее:

- 1) в таблицу в приложении ввести графу – порядковый номер (№ п/п);
- 2) пункт 25, внести дополнение «Анализаторы газов крови»;
- 3) включить дополнительные пункты:

№ п/п	Вид измерений	Средства измерений
27	Мощность УВЧ излучения физиотерапевтического оборудования	Аппараты физиотерапевтические для воздействия электрическим или магнитным полем ультравысокой частоты (УВЧ аппараты)
28	Уровень генерируемого тока и форма сигнала НЧ физиотера- певтического оборудования	Аппараты физиотерапевтические для лечебного воздействия синусоидальными модулированными токами низкой частоты
29	Уровень генерируемого постоянного тока	Аппараты физиотерапевтические для лечебного воздействия постоянным током (электрофорез и гальванизация)

Директор

Б.А. Нурматов

Исп. Дикамбаева Л.А.  
тел.: 62 57 34